

Sondevoeding toedienen via een gesloten systeem, met of zonder voedingspomp

Naam student:

Datum:

- 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.
- 2 Kijk in de bronnen welke informatie je kunt gebruiken bij het oefenen van deze vaardigheid.
- 3 Beantwoord onderstaande vragen.
 - a Waarom moet je na elke fleswisseling de sonde doorspoelen?
 - b Hoe kun je met een gesloten systeem toch sondevoeding in porties toedienen?
 - c Waarom moet het toedieningssysteem elke 24 uur verwisseld worden?
 - d Boven de regelklem van het systeem zit een Y-stuk. Waar wordt deze voor gebruikt?

Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:



Sondevoeding toedienen via een gesloten systeem, met of zonder voedingspomp

Naam student:

Naam observator:

Datum:

Beoordeling:

Voor alle handelingen geldt:

- Raadpleeg het dossier;
- Zorg voor voldoende privacy;
- Was je handen volgens de WIP-procedure;
- Pas de voorschriften toe;
- Observeer en controleer de zorgvrager.

De student:

Goed **Fout**

1 Informeert:

- Vertel de zorgvrager dat je dat je sondevoeding komt toedienen;
- Vertel het doel en de werkwijze.

2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:

- Medicijnlijst/ voedingsvoorschrift;
- Een fles met voorgeschreven sondevoeding op kamertemperatuur (datum en tijd van opening op de verpakking aangeven);
- Een voedingspomp + gebruiksaanwijzing;
- Bij gebruik van een fles sondevoeding: flesopener, rubber dop en flessehouder;
- Een kan met leidingwater op kamertemperatuur (gebruik geen koolzuurhoudende drank: daardoor gaan de eiwitten in de sondevoeding vlokken en dat veroorzaakt verstopping);
- Een infuusstandaard;
- Een bekkentje;
- 50 ml spuit;
- Indien nodig: spuitkoppelstukje;
- Kocher;
- Een servet of een handdoek;
- Een stethoscoop;
- Een veiligheidsspeld en een pleister;
- Een afvalbak.

3 Helpt zorgvrager in de juiste houding:

- Help de zorgvrager in halfzittende houding;
- Plaats het servet of de handdoek op de borst onder de sonde.

4 Voert handeling uit:

- Controleer de sondevoeding, de medicijn-/voedingslijst en de gegevens van de zorgvrager;
- Schud de sondevoeding en open de verpakking;
- Open de verpakking van de voedings slang en sluit de klem;
- Bevestig de voedings slang op fles/pack sondevoeding (Voor meer informatie hierover zie Vilansprotocol: Toedienen sondevoeding via neus-maagsonde mbv voedingspomp);





- Controleer of de klem van de voedingslag dicht is;
- Zet het kraantje in de open stand;
- Knijp in de druppelkamer en laat de druppelkamer voor de helft vollopen;
- Draai het dopje van de voedingslang en houdt het uiteinde boven het bekkentje;
- Zet de regelklem open zodat het systeem zich kan vullen;
- Draai de regelaar dicht zodra de voeding het uiteinde heeft bereikt;
- Plaats een kocher op het systeem, draai het afsluitdopje terug en hang het geheel op aan de infuusstandaard;
- Plaats de voedingslang in de pomp volgens gebruiksinstructie van de pomp;
- Zet de pomp aan volgens gebruiksinstructie;
- Stel de pomp in volgens gebruiksinstructie;
- Controleer de ligging van de sonde met behulp van fixatiepleister, markering, mond-/keelinspectie *(Bij een nieuw geplaatste sonde wordt de ligging gecontroleerd dmv een pH-indicator, daarna is alleen een visuele controle nodig: kijken of de sonde nog goed ligt. Bij twijfel altijd controleren mbv een pH-indicator. Voor meer informatie hierover zie Vilansprotocol: Toedienen sondevoeding via neus-maagsonde mbv voedingspomp)*;
- Verwijder het afsluitdopje van de sonde en klem de sonde af met een kocher (eventueel met een knik in de slang);
- Sluit de sonde aan op de voedingslang (eventueel met verbindingstuk)
- Verwijder de kocher/knik van de sonde en de klem van de voedingslang;
- Start de pomp: de voeding loopt in;
- Controleer toediening, toedieningssnelheid en fixatiepleiser (nog op de juiste plek);
- Maak de sonde 25 a 30 cm van de neus vast op de kleding;
- Instrueer de zorgvrager over handelen bij hoesten of benauwdheid (pomp uitzetten);

Voor meer informatie over handelen indien de voeding niet continu wordt toegedient: zie Vilansprotocol: Toedienen sondevoeding via neus-maagsonde mbv voedingspomp)

Goed Fout

5 Past juiste nazorg toe:

- Help de zorgvrager in een gemakkelijke houding;
- Observeer de toestand van neus, mondslijmvlies en lippen;
- Ruim alles op en maak schoon.

6 Rapporteer de bevindingen:

- Noteer het type voeding, de hoeveelheid die gegeven is en de toedieningssnelheid;
- Noteer de datum en het tijdstip van de toediening;
- Noteer de toestand van neus, lippen en mondslijmvlies;
- Noteer eventuele bijzonderheden.

Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:

Sondevoeding toedienen via een gesloten systeem, met of zonder voedingspomp

Naam student:

Naam beoordelaar:

Datum:

Beoordeling:

- Kruis aan hoe de handelingen zijn uitgevoerd. Kies uit: V = Voldoende; O = Onvoldoende
 Kruis aan door wie de beoordeling is gedaan. Kies uit: B = BPV; S = School

Opdracht

Je geeft een zorgvrager, die al een maagsonde heeft, sondevoeding.

Vorbereiding

	V	O	B	S
1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het zorgdossier.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Vertelt de zorgvrager wat ze komt doen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Overlegt met de zorgvrager op welke wijze de handeling het beste kan worden uitgevoerd.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Zorgt voor privacy.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Zet alle benodigheden klaar.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Wast de handen volgens de WIP-procedure.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uitvoering

	V	O	B	S
7 Helpt de zorgvrager in de juiste houding en beschermt zijn kleding met een servet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Controleert volgens protocol of de maagsonde goed zit.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Plaatst volgens protocol de fles met sondevoeding.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Dient de sondevoeding volgens protocol toe.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Bedient de voedingspomp op de juiste wijze.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Reinigt en verzorgt indien nodig de sonde volgens protocol.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Werkt ergonomisch, hygiënisch, kostenbewust en efficiënt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nazorg

	V	O	B	S
15 Vraagt de zorgvrager of alles naar wens is.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Ruimt alles op de juiste plaats en wijze op.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 Wast de handen volgens de WIP-procedure.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 Rapporteert de relevante bijzonderheden in het zorgdossier.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



